

Arbeitsanweisung

Was	Reinigung und Desinfektion von Ultraschallsonden (auf intakter Haut)
Wann	Unmittelbar nach der Ultraschalluntersuchung
Wo	Untersuchungsraum
	Reinigung und Desinfektion
Womit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 trockenes Tuch • 2 desinfektionsmittel-getränkte Einmaltücher • Produktname:_____ Einwirkzeit:_____ • <i>Wenn vom Hersteller des Desinfektionsmittels gefordert:</i> Trinkwasser zum Abspülen
Wie	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Vorreinigung werden die Reste des Kontaktgels mit einem trockenen Tuch entfernt. • Für die Reinigung wird die Sonde mit einem desinfektionsmittel-getränktem Einmaltuch abgewischt. Insbesondere werden Fugen und Kanten auf sichtbare Verschmutzungen geprüft. Anschließend wird das Tuch verworfen. • Zur Desinfektion wird die Sonde mit einem neuen desinfektionsmittel-getränkten Einmaltuch vollständig durch mehrmaliges Wischen benetzt. Die vom Hersteller vorgegebene Einwirkzeit wird beachtet. • Handkontaktflächen wie Kabel, Tastatur, Sondenhalterung und bei Bedarf die Flasche mit Ultraschallgel werden gereinigt und desinfiziert. • Die Hände werden desinfiziert. • <i>Wenn vom Hersteller gefordert:</i> Die Sonde wird nach Ablauf der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abgespült.
Wer	untersuchende Person
Mitgeltende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktinformation/Herstellerangaben zum Ultraschallgerät und Desinfektionsmittel • Reinigungs- und Desinfektionsplan